

**AO
MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS
PORTO AMAZONAS – PR**


A/C:
Pregoeiro e Equipe de Apoio

**Ref.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
PROCESSO Nº 1291/2022**

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, sediada a Rua João Ropelatto, nº 202, bairro Nereu Ramos, na cidade de Jaraguá do Sul – SC, inscrita no CNPJ sob. nº 04.187.384/0001-54, por sua procuradora ao final assinado, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, interpor, tempestivamente, RECURSO ADMINISTRATIVO em face da CLASSIFICAÇÃO das empresas **LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI** no **ITEM 67 – VENTILADOR DE EMERGENCIA PARA TRANSPORTE**, do Pregão Eletrônico descrita acima, pelos motivos de fato e de direito a seguir articulados.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
(47) 99985-6173

**DOS FATOS:**

O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a **"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE."**

Analisando as propostas enviadas, a empresa **LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI** apresentou o **modelo Total da marca KTK** e o equipamento deixa de atender ao edital em muitos itens, mas citaremos apenas alguns abaixo:

- **"VOLUME CORRENTE DE 50 A 2000 ML, NO MÍNIMO;"**
- **"FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 2 A 50 RPM, NO MÍNIMO;"**
- **"PORCENTAGEM DE OXIGÊNIO AJUSTÁVEL DE 40 A 100%, NO MÍNIMO;"**
- **"O VENTILADOR PULMONAR DEVE NO MÍNIMO TER DIVERSAS MODALIDADES DE VENTILAÇÃO COMO: VCV, PCV, PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP, DUALPAP, PSV;"**

DO MÉRITO:

Preliminarmente, antes de examinarmos o mérito da questão, importante se faz tecer algumas considerações de caráter doutrinário, de forma a delinear o panorama jurídico do instituto das licitações.

A presente licitação, como procedimento administrativo que é, rege-se nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U., de 18/07/02, o Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro 2013, o Decreto Municipal nº 019, de 27 de julho de 2015, que regulamenta a modalidade Pregão Eletrônico, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 com a redação alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 037, de 07 de dezembro de 2010, subsidiariamente naquilo que couber, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Com efeito, a Lei nº 8.666/93 traz em seu bojo os princípios norteados da licitação, insculpidos em seu art. 3º, "in verbis":

"Art 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a **seleção da proposta mais vantajosa para a administração** e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, **da vinculação ao instrumento**

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
☎ (47) 99985-6173



convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos". (grifo nosso)

É manso e cediço que o edital, como lei interna do processo licitatório, faz lei entre as partes, não podendo de suas regras se afastar o licitante e a Administração, ficando ambos vinculados aos seus termos.

Posto isso, passemos, pois, a examinar o mérito da questão:

• **"VOLUME CORRENTE DE 50 A 2000 ML, NO MÍNIMO;"**

Na página 89 do manual percebemos que o equipamento **modelo Microtak Total da marca KTK** não atende à exigência de Volume Corrente, realizando apenas até 1500 ml, e assim, descumprindo o edital.

PARÂMETROS VENTILATÓRIOS		
Parâmetro	Faixa	Exatidão
Volume Corrente (ml)	0,6 a 1,5 L	± 5%
Frequência Respiratória (rpm)	1 a 99	± 1%
Relação I:E	2:1 a 1:59	± 5%
Concentração de O ₂	50 a 100%	± 15%
Pressão inspiratória (cm H ₂ O)	1 a 99	± 5%
PEEP/CPAP(cm H ₂ O)	0 a 40	± 5%

Recorte da página 89 do Manual do Equipamento Microtak Total.

• **"FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 2 A 50 RPM, NO MÍNIMO;"**

Na página 89 do manual percebemos que o equipamento **modelo Microtak Total da marca KTK** não atende à exigência mínima de Frequência Respiratória (rpm), realizando apenas até 99 rpm, e assim, descumprindo o edital.



PARÂMETROS VENTILATÓRIOS		
Parâmetro	Faixa	Exatidão
Volume Corrente (ml)	0,6 a 1,5 L	± 5%
Frequência Respiratória (rpm)	1 a 99	± 1%
Relação I:E	2:1 a 1:59	± 5%
Concentração de O ₂	50 a 100%	± 15%
Pressão inspiratória (cm H ₂ O)	1 a 99	± 5%
PEEP/CPAP(cm H ₂ O)	0 a 40	± 5%

Recorte da página 89 do Manual do Equipamento Microtak Total.

• **"PORCENTAGEM DE OXIGÊNIO AJUSTÁVEL DE 40 A 100%, NO MÍNIMO"**

O folder do equipamento é muito claro ao indicar a faixa de abrangência do equipamento, que é de **50% a 100%**. Bastante diferente do exigido no edital.

Características Técnicas


- Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal
- Modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea
- Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros
- Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, PEEP, ciclo manual.
- Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases

Permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio

Recorte da folder do Equipamento Microtak Total.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
 (47) 99985-6173



Ainda no manual podemos verificar o não atendimento.

PARÂMETROS VENTILATÓRIOS		
Parâmetro	Faixa	Exatidão
Volume Corrente (ml)	0,6 a 1,5 L	± 5%
Frequência Respiratória (rpm)	1 a 99	± 1%
Relação I:E	2:1 a 1:59	± 5%
Concentração de O ₂	50 a 100%	± 15%
Pressão Inspiratória (cm H ₂ O)	1 a 99	± 5%
PEEP/CPAP(cm H ₂ O)	0 a 40	± 5%

Recorte da página 89 do Manual do Equipamento Microtak Total.

• **"O VENTILADOR PULMONAR DEVE NO MINIMO TER DIVERSAS MODALIDADES DE VENTILAÇÃO COMO: VCV, PCV, PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP, DUALPAP, PSV"**

Conforme folder do próprio equipamento, constam apenas alguns poucos modos ventilatórios, faltando os modos DUALPAP, PSV, P-SIMV e V-SIMV, conforme recorte abaixo:

Presenting exclusive characteristics that become easier to handle, keeping the adjustments as standard with the equipments already known around the world.
 Has a specific system of fixation to be used in ambulances, stretchers and rescue units, including air.



PRESENTE NA VIDA

El microtak total es un ventilador electrónico microprocesado, diseñado para satisfacer las necesidades específicas de los pacientes adulto, infantil y neonatal.
 Ofrece características exclusivas que hacen de su manejo mucho más simple, manteniendo la calidad de sus ajustes de acuerdo con equipos conocidos en todo el mundo.
 Tiene sistema de fijación específico para uso en ambulancias, camillas y unidades de rescate, incluyendo aéreo.

Características Técnicas

- Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal
- Modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea

Technical Characteristics

- Application: transport in / out hospital and emergency care in infant and neonate patients
- Ventilation modes: vcv, plv, simv, cpap, manual and spontan
- Key pad with easier selector to change the parameters
- Direct controls for current volume, frequency, sensibility pr and oxygen's concentration
- Maximum pressure alarms, disconnection, low battery, ven feeding including the gase's net

Recorte do folder do Equipamento Microtak Total.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
 (47) 99985-6173



Acreditamos que a finalidade desta conceituada Comissão é de proceder de forma zelosa pelos interesses do órgão em questão, protegendo o erário, procurando adquirir equipamentos e demais produtos, que fazem parte do uso rotineiro junto aos órgãos ligados a saúde, com qualidade, que atendam às necessidades dos profissionais da saúde e seus pacientes.

A Leistung Equipamentos Ltda. empresa Brasileira, sediada em Jaraguá do Sul - Santa Catarina fabrica seus equipamentos com tecnologia de ponta e avançados conceitos mundiais, prova disto são as próprias Certificações e Registros adquiridos como a ISO 13485:2016, Boas Práticas de Fabricação e Controle RDC 665/2022, Registro na ANVISA-MS. NBR IEC 60601-1:1997; NBR IEC 60601-1-2:2006; NBR IEC 60601-1-4:2004; NBR IEC 60601-2-12:2014 de acordo com as prescrições da portaria 350 de 6 de setembro de 2010 - INMETRO. E outros que se encontram em processo, tudo isso para oferecer aos profissionais da saúde, equipamentos de altíssima confiança para tratamento de pacientes, aliados a preços que espelham a realidade do nosso país.

Conforme análise elaborada por nosso engenheiro:

Eng. Cleiton Volpi
CREA-SC 127556-6

Agradecemos antecipadamente a oportunidade e nos colocamos a disposição para dialogar e esclarecer eventuais dúvidas.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
(47) 99985-6173



DO PEDIDO

À vista de todo o exposto, é o presente para requerer:

- a) O recebimento do presente recurso, por tempestivo, em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 109, I, alínea "b" da Lei de Licitações;
- b) A reforma da decisão proferida por essa Comissão, de forma a DESCLASSIFICAR as empresas **LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI** que apresentou o **modelo Microtak Total da marca KTK** para o **ITEM 67 - VENTILADOR DE EMERGENCIA PARA TRANSPORTE**, que comprovadamente não atende ao edital;
- c) A reforma da decisão proferida por essa Comissão, de forma a CLASSIFICAR a empresa a empresa **Leistung Equipamentos Ltda**, vez que o equipamento PR5 atende ao descritivo solicitado no edital;
- d) Na hipótese desse Colegiado assim não entender de direito o que se espera, requer, desde já, subam os autos à apreciação superior para os fins preconizados na alínea "a" e "b" do pedido.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Jaraguá do Sul/SC, 04 de abril de 2023.


Leistung Equipamentos Ltda
CNPJ: 04.187.384/0001-54

Andréia Aparecida Pazze
Gerente Comercial - Procuradora
CPF: 972.395.850-34
RG: 4077522251-SSP/RS

04.187.384/0001-54

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Rua João Ropelatto, 202
89265-300 - Nereu Ramos
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
(47) 99985-6173